

仕様書に対する質問内容及び回答

事業名 令和8年度 吾妻広域消防設備整備事業
高規格救急自動車・高度救命処置用資機材

質問事項	回答
●第2 高規格救急自動車3内装関係 (5) ストレッチャー関係装置 ストレッチャー架台が左右斜めのスライドとなるがよろしいか。 スロープ(落下防止装置)が取り外し出来ないがよろしいか。	可能 可能
●第2 高規格救急自動車 5赤色警光灯(7) 後部ドア上部付近にLED式赤色点滅灯(作業灯含)を設けることとあるが、バックドア上部に4灯のLED赤色点滅灯、作業灯2灯でも可能でしょうか。	可能
●第6 納入 4(5)電気配線図 特装関係のみの配線図でも可能でしょうか。	可能
●別表 車両装備品 116「無線モニター用スピーカー(患者室)」 ミュート機能付きとありますが、電源オンオフでも可能でしょうか。	可能
今後ナフサをはじめとする原材料の供給不足により予期せぬ事態が考えられます。 万一の場合には納期について協議の上、調整をお願いする可能性があります。問題ないでしょうか。	問題なし